

包埋盒打号机技术参数

- ★1、激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材。
- 2、无任何易损部件。
- 3、无需预热，开机即可用；无需光照烘干，即打即用。
- 4、一体化设计，无分体电源或其它附件。
- 5、打号软件与 Windows 操作系统兼容，具备扩展功能，全中文界，可设置 ≥ 5 种模板。
- 6、打号字迹经酒精或二甲苯溶剂浸泡后不褪色。
- 7、可打印各种字体、符号或二维码，支持双向 LIS、HIS、病理信息系统，并可设立自动打印。
- ★8、打印软件中病理号项目可采用自动增号或保持原号任选、双序号或数量输入任选。
- ★9、打印软件中病理小号项目可采用字母、数字或字母与数字组合，表示任选、归空或归初始号任选。
- ★10、加料槽 ≥ 6 通道，加载容量 ≥ 480 个空白包埋盒，并可采用旋转式换槽方式。
- ★11、进料与出料动作可由一个推杆顺次完成。
- 12、包埋盒在塑料预装长筒中。
- 13、打印后的包埋盒出料方向可左右任选。
- 14、收集槽满时具有自动暂停打印功能。
- 15、可手工选择换槽或自动选色换槽。
- 16、检查视窗非透明设计。
- 17、设备与医院电脑通过千兆网口连接。
- 18、配置清单：包埋盒激光打号机主机 1 套，病理激光打号软件 1 套，AC 电源连接线 1 根，USB 打印数据连接线 1 根，装机用包埋盒 ≥ 500 个，包埋盒预装管 ≥ 20 根
- 19、质保期限 ≥ 2 年