

货物类项目验收报告

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

采购项目：洛宁县妇幼保健院全生命周期妇幼健康促进中心建设项目--妇女更年期保健促进中心设备采购项目(二标段)

到货时间 2025 年 08 月 08 日

验收时间 2025 年 08 月 15 日

开箱随机资料 1. 出厂合格证 (8) 份 2. 技术说明书 (8) 份
3. 使用说明书 (8) 份 4. 电子文件 (/) 份
5. 装箱单 (8) 份 6. 其他 (/) 份

甲方意见 (对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等)

依据双方签订的采购合同进行核查验收: 货物数量、品牌、规格、型号履约符合合同要求; 安装规范; 强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗机操作培训不够详细, 致操作人员对部分操作手法不太熟练; 试运行期间设备性能稳定。希望加强随访及再培训!

乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:

由于其设备的特殊性, 强脉冲光治疗仪和二氧化碳激光治疗机需要分批多次临床培训, 我方承诺, 会在后期使用中针对发现的问题, 及时安排临床培训, 直至临床操作人员熟练掌握!

甲方名称 (盖章):

甲方代表签字:

吴保成 潘思清 李2316 颜外政

2025 年 08 月 15 日

乙方名称 (盖章):

乙方代表签字:

周春晓

2025 年 08 月 15 日

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。
2. 本报告一式两份, 甲、乙方各 壹 份, 内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	金 额 (元)	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在 问题
1	智能射频女性健康管理系统	天津顺博,XSSP-3SE, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	56 万	天津, 天津市顺博医疗设备有限公司	已提交	已确认	无
2	强脉冲光治疗仪	科英激光,KL-L(ZN), 主要技术参数与投标文件一致	台	1	40.8 万	吉林, 吉林省科英医疗激光有限责任公司	已提交	已确认	无
3	二氧化碳激光治	科英激光,KL, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	20 万	吉林, 吉林省科英医疗激光有限责任公司	已提交	已确认	无
4	皮下电子注射器控制助推装置(水光针)	美睦恩,MESO-01S, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	10 万	武汉, 湖北美睦恩医疗设备有限公司	已提交	已确认	无
5	光谱治疗仪(红蓝黄光)	科诺,KN-7000D, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	6.5 万	徐州, 徐州市科诺医学仪器设备有限公司	已提交	已确认	无
6	真菌镜检设备	青岛三凯,SKX-M2, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	4 万	青岛, 青岛市三凯医学科技有限公司	已提交	已确认	无



7	紫外线治疗仪	科诺,KN-4002B, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	5.5 万	徐州, 徐州市科诺医学仪器设备有限公司	已提交	已确认	无
8	皮肤检测仪	上海麦色,AISIA-Q2, 主要技术参数与投标文件一致	台	1	4 万	深圳, 上海麦色医疗科技有限公司	已提交	已确认	无
		备品备件				报价已含	已提交	已确认	无
		易损件				报价已含	已提交	已确认	无
		专用工具价				报价已含	已提交	已确认	无
		安装调试费				报价已含	已提交	已确认	无
		运输至最终目的运费及保险费等				报价已含	已提交	已确认	无
		技术服务费(含培训等)费				报价已含	已提交	已确认	无
		其他				报价已含	已提交	已确认	无